

分析結果



Report No.

試料情報		
試料名	リン吸着試験 24時間経過	
測定日時	2025/05/23 08:47:19	
コメント	大気 300sec	
グループ名	P_定量FP	
オペレータ		

測定条件				分析径	10mm	雰囲気	大気
チャンネル名	電圧	電流	フィルタ	取込範囲	解析範囲	測定時間	DT%
P		15 372-Auto	----	0 - 20	1.81 - 2.21	Live- 100	30

定量分析結果				標準偏差	処理計算	分析線	強度
分析対象	分析結果						
====【第 1層】	Layer1			>-----		-----	-----
Layer1	3500.000	um		[-----]	固定	-----	-----
H2O	99.999	%		[-----]	Balance	-----	-----
P	8.0	ppm		[20.3]	Quan-FP	P Ka	0.0014

